

使用说明书

Instruction Manual

TargetMol
YOUR TARGET MOLECULES

GFP Tag 免疫沉淀试剂盒

GFP Tag Immunoprecipitation Kit

产品描述

TargetMol 的 GFP Tag 免疫沉淀磁珠可特异性地与带有 GFP 标签的蛋白结合，可以用于蛋白质、蛋白质复合物、蛋白质核酸复合物和其他抗原的免疫沉淀 (IP)。免疫沉淀磁珠试剂盒配有经过优化的预制缓冲液，为免疫沉淀实验提供了较优的反应条件，增强了实验的稳定性。本品适用于细胞裂解物、细胞分泌上清、血清、腹水等来源的抗原样品。

产品特点

- 非特异性吸附低
- 高效率、高产量、低消耗
- 操作灵活、简便
- 实验结果可靠、重复性高

产品组成

产品编号	产品名称	产品包装
C0122B	GFP Tag 免疫沉淀磁珠 GFP Tag Immunomagnetic Beads	1 mL
C0124	细胞裂解缓冲液 Cell Lysis Buffer	20 mL
C0125	洗涤缓冲液 Washing Buffer (10×)	20 mL
C0126	酸性洗脱缓冲液 Acidity Elution Buffer	4 mL
C0127	中和缓冲液 Neutralization Buffer	2 mL

GFP Tag 免疫沉淀磁珠	
基质	硅基磁珠
粒径	200 nm
磁珠浓度	10 mg/mL
结合能力	≥ 0.8 mg GFP 标签蛋白/mL 磁珠
配体	鼠源抗 GFP 单克隆抗体
应用推荐	IP, Co-IP

操作说明

1. 细胞裂解液制备

使用 Cell Lysis Buffer 处理细胞样品，按照标准步骤制备细胞裂解液，置于冰上备用，或于-20°C长期保存。

2. 磁珠预处理

- 1) 将免疫沉淀磁珠用涡旋振荡器振荡 1 min，使磁珠重新悬浮，取 25 μ L 磁珠悬液放入 1.5 mL EP 管中。
- 2) 用蒸馏水将 Washing Buffer (10 \times) 稀释为 1 \times ，使用 Washing Buffer (1 \times) 进行后续实验。向 EP 管中加入 500 μ L Washing Buffer 进行洗涤，温和翻转 EP 管数次，使磁珠重新悬浮。将 EP 管放入磁性分离器，静置 1 min，进行磁性分离，吸去上清液，取下 EP 管。重复上述洗涤步骤 2 次。

3. 免疫沉淀步骤

- 1) 向 EP 管中加入 500 μ L 制备好的细胞裂解液，将 EP 管放在旋转混合仪上，在 37°C 下旋转混合 30 min。如结合力较弱，可在室温下孵育 1 h，或在 4°C 下孵育过夜。
- 2) 孵育结束后，进行磁性分离，弃去或保存上清以供后续分析。
- 3) 向 EP 管中加入 500 μ L Washing Buffer 进行洗涤。进行磁性分离，吸去上清液，取下 EP 管，重复洗涤磁珠 3 次。

4. 抗原洗脱

提供以下几种抗原洗脱方案，用户可根据后续检测的需要选择不同的洗脱方法。

- 1) 变性洗脱法：此方法洗脱的样品适用于 SDS-PAGE 检测。向 EP 管中加入 100 μ L SDS-PAGE Loading Buffer (自备)，混合均匀，95°C 加热 5 min。然后进行磁性分离或者离心(室温，13000 g，10 min)，收集上清液，进行 SDS-PAGE 检测。
- 2) 酸性洗脱法：向 EP 管中加入 100 μ L Acidity Elution Buffer，置于旋转混合仪上在 37°C 孵育 5-10 min。然后进行磁性分离或者离心，收集上清液。如需中和酸性洗脱液，可向 100 μ L 洗脱液中加入 50 μ L Neutralization Buffer，调整 pH 至中性。

保存条件

C0124: -20°C, 2 年。

其余试剂: 4°C, 2 年。

注意事项

1. 避免冷冻磁珠。磁珠应保存在储存溶液中，防止干燥。
2. 为了减少磁珠的损失，每次磁性分离的时间不应少于 1 min。
3. 在从磁珠保存管中取出磁珠之前，应充分震荡以确保均匀悬浮。操作过程中注意避免产生气泡。
4. 建议使用质量较好的移液器吸头和反应管，以避免因磁珠和溶液附着而造成损失。
5. 操作者可根据实际需求，利用抗体结合反应步骤和抗原结合反应步骤中收集的上清液，检测抗体、抗原与磁珠的结合情况。
6. 在 IP 实验中，不同类型的抗体和抗原结合的亲和力会有所不同。如果使用本说明书推荐的缓冲体系未能获得理想的实验结果，操作者可以自行筛选和配制缓冲液进行实验。
7. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
8. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

