

使用说明书

Instruction Manual

血镁浓度检测试剂盒（微量法）

Blood Magnesium Concentration Assay Kit (Microanalysis)

产品描述

镁 (Magnesium) 是多种酶的激活剂，如磷酸酶、肌酸激酶、己糖激酶和羧化酶等。镁也是组成 DNA、RNA 及核糖体大分子结构所必需的元素。镁是维持正常神经和肌肉功能的重要元素。血清镁浓度偏离正常值，与某些肾脏和内分泌疾病等相关。

检测原理

镁离子在碱性介质中氢氧化成胶体粒子，进一步与达旦黄结合后呈橘红色，在一定范围内，540nm 吸光度与镁离子浓度成正比。

产品组成及储存条件

100T/96S 规格的产品组成如下：

组成	规格	储存条件
CB0035M-A	粉剂×1 瓶	4℃保存；临用前溶解于 2mL 蒸馏水中，50℃水浴溶解。
CB0035M-B	2mL ×1 瓶	4℃保存。
CB0035M-C	5mL ×1 瓶	4℃保存。
CB0035M-Standard	1mL ×1 瓶	2mmol/L 镁标准液，4℃保存。

注：正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

操作说明

一、自备用品：

可调式移液枪、可见分光光度计/酶标仪、微量玻璃比色皿/96 孔板和蒸馏水。

二、测定步骤：

- 分光光度计/酶标仪预热 30 min，调节波长到 540 nm，蒸馏水调零。
- 按顺序加入下列试剂：

试剂名称	空白管 (μL)	标准管 (μL)	测定管 (μL)
蒸馏水	120	110	110
标准液		10	
血清			10
CB0035M-A	20	20	20
CB0035M-B	20	20	20
CB0035M-C	40	40	40

混匀，静置 5min 后于 540 nm 测定吸光度，记为 A 空白管、A 标准管、A 测定管。

注：空白管和标准管各只需要测定 1-2 次。

三、血镁浓度计算：

$$\begin{aligned}\text{血镁含量 (mmol/dL)} &= [C \text{ 标准液} \times (A \text{ 测定管} - A \text{ 空白管}) \div (A \text{ 标准管} - A \text{ 空白管})] \times 0.1 \\ &= 0.2 \times (A \text{ 测定管} - A \text{ 空白管}) \div (A \text{ 标准管} - A \text{ 空白管})\end{aligned}$$

注： C 标准液： 2 mmol/L； 0.1： 单位换算系数， 1 dL=0.1 L。

注意事项

1. 该试剂盒使用过程中，应尽量避免光照射。
2. 血液采取过程中，宜空腹采血，避免使用枸橼酸钠抗凝剂。
3. 红细胞内镁含量约为血清含量的 3 倍，应避免溶血，并及早将血清分离。
4. 加入 CB0035M-C 混匀后应该在 30 min 内测定吸光度。
5. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
6. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

