

使用说明书

Instruction Manual

血磷浓度检测试剂盒（微量法）

Blood Phosphorus Concentration Assay Kit (Microanalysis)

产品描述

血磷 (Blood Phosphorus) 主要指血中的无机磷，以无机磷盐的形式存在。血浆中钙、磷浓度关系密切，在以 mg/dL 表示时，二者的乘积 ($[Ca] \times [P]$) 为 30~40。当 ($[Ca] \times [P]$) > 40，则钙和磷以骨盐形式沉积于骨组织；若 ($[Ca] \times [P]$) < 35 则妨碍骨的钙化，甚至可使骨盐溶解，影响成骨作用。血钙和血磷含量的相对稳定依赖于钙、磷的吸收与排泄和钙化及脱钙两种代谢的相对平衡。上述平衡受到维生素 D3、甲状旁腺素和降钙素等激素的调节。

检测原理

去除血清中有机磷后，无机磷盐与钼酸铵试剂生成磷钼酸，被硫酸亚铁还原后呈蓝色，在 620nm 有光吸收；通过测定 620 nm 吸光度，计算血液中磷含量。

产品组成及储存条件

100T/96S 规格的产品组成如下：

组成	规格	储存条件
CB0036M-A	125mL×1 瓶	4℃保存。
CB0036M-B	1.6mL×1 瓶	4℃保存。临用前加 10mL 蒸馏水溶解。
CB0036M-C	粉剂×1 瓶	4℃保存。临用前配制，依次加入 11mL 蒸馏水充分溶解，再加入 CB0036M-B，充分混合。
CB0036M-标准液	1mL×1 瓶	0.02 mmol/L 无机磷，4℃保存。

注：正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

操作说明

一、自备用品：

离心机、可调式移液枪、可见分光光度计/酶标仪、微量石英比色皿/96 孔板、和蒸馏水。

二、测定步骤：

- 分光光度计/酶标仪预热 30min 以上，调节波长到 620 nm，蒸馏水调零。
- 取出标准液，室温放置 30min。
- 血清预处理：吸取 50μL 血清，加 950μL CB0036M-A，混匀后室温 8000rpm，离心 10min，取上清液，待测。
- 取微量石英比色皿/96 孔板，按顺序加入下列试剂：

试剂名称	空白管 (μL)	标准管 (μL)	测定管 (μL)
蒸馏水	50		
标准液		50	
上清液			50
CB0036M-A	50	50	50
CB0036M-C	100	100	100

混匀后静置 10min, 于 620 nm 测定吸光度, 记为 A 空白管、A 标准管、A 测定管。

注: 空白管和标准管只需要测定 1-2 次。

三、血磷浓度计算:

血磷含量 (mmol/dL) = [C 标准液×(A 测定管-A 空白管)÷(A 标准管-A 空白管)]×样品稀释倍数×V 样总 ÷ 2×(A 测定管-A 空白管)÷(A 标准管-A 空白管)

注: C 标准液: 0.02 mmol/L; 样品稀释倍数: (50 μL 血清+950 μL CB0036M-A)÷50 μL 血清=20。

注意事项

1. CB0036M-C 需临用前配制, 如未用完, 4℃保存, 最多可使用 3 天。
2. 测定过程中, 应尽量避免溶血, 因为红细胞中有机磷酸酯进入血清后可被酶水解而使得血清无机磷含量增高。
3. 采血后宜尽早进行血清钾测定, 时间过长会影响血清钾含量。
4. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
5. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

