

使用说明书

Instruction Manual

过氧化氢酶(CAT)活性检测试剂盒（紫外分光光度法）

Catalase Assay Kit (UV Spectrophotometry)

产品描述

过氧化氢酶 (Catalase, CAT) (EC 1.11.1.6) 广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中，是最主要的 H_2O_2 清除酶，在活性氧清除系统中具有重要作用。

检测原理

H_2O_2 在 240nm 下有特征吸收峰，CAT 能够分解 H_2O_2 ，使反应溶液 240nm 下的吸光度随反应时间而下降，根据吸光度的变化率可计算出 CAT 活性。

产品组成及储存条件

50T/48S 规格的产品组成如下：

组成	规格	储存条件
CB0044UV-ES	60mL×1 瓶	4℃保存。
CB0044UV-A	60mL×1 瓶	4℃保存。
CB0044UV-B	100μL×3 瓶	4℃保存。

CAT 检测工作液的配制：用时在每瓶 CB0044UV-B 中加入 20mL CB0044UV-A，充分混匀，作为工作液；用不完的试剂 4℃保存一周。

注：正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

操作说明

一、自备用品：

紫外分光光度计、1mL 石英比色皿、台式离心机、水浴锅、可调式移液枪、研钵、冰和双蒸水。

二、粗酶液提取：

- 细菌或培养细胞：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；按照细菌或细胞数量 (10^4 个)：CB0044UV-ES (mL) 为 500~1000:1 的比例 (建议 500 万细菌或细胞加入 1mL CB0044UV-ES，超声波破碎细菌或细胞 (冰浴，功率 20% 或 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次)；然后 8000g 4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。
- 组织：按照组织质量 (g)：提取液体积 (mL) 为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液)，进行冰浴匀浆。8000g 4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。
- 血清 (浆) 样品：直接检测。

三、测定步骤：

- 紫外分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 240nm，蒸馏水调零。
- 试剂准备见产品组成及储存条件列表。
- 测定前将 CAT 检测工作液 37℃ (哺乳动物) 或 25℃ (其他物种) 水浴 10min。
- 取 1mL CAT 检测工作液于 1mL 石英比色皿中，再加入 35 μL 样本，混匀 5s；室温下立即测定 240nm 下的初始吸光值 A1 和 1min 后的吸光值 A2。计算 $\Delta A = A1 - A2$ 。

四、CAT 活性计算：

1. 血清（浆）CAT 活力的计算：

单位的定义：每毫升血清（浆）在反应体系中每分钟催化 1nmol H₂O₂ 降解定义为一个酶活力单位。

计算公式：CAT (U/mL) = $[\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div V_{\text{样}} \div T = 678 \times \Delta A$

2. 组织、细菌或细胞中 CAT 活力计算：

（1）按样本蛋白浓度计算：

单位的定义：每 mg 组织蛋白在反应体系中每分钟催化 1nmol H₂O₂ 降解定义为一个酶活力单位。

计算公式：CAT (U/ mg prot) = $[\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (V_{\text{样}} \times \text{Cpr}) \div T = 678 \times \Delta A \div \text{Cpr}$

（2）按样本鲜重计算：

单位的定义：每 g 组织在反应体系中每分钟催化 1nmol H₂O₂ 降解定义为一个酶活力单位。

计算公式：CAT (U/g 鲜重) = $[\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T = 678 \times \Delta A \div W$

3. 按细菌或细胞中 CAT 活力计算：

单位的定义：每 1 万个细菌或细胞在每分钟反应体系中每分钟催化 1nmol H₂O₂ 降解定义为一个酶活力单位。

计算公式：CAT (U/10⁴ cell) = $[\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (500 \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T = 1.356 \times \Delta A$

注： V_{反总}：反应体系总体积，1.035 × 10⁻³ L； ε：H₂O₂ 摩尔吸光系数，4.36 × 10⁴ L/mol/cm； d：比色皿光径，1cm；

V_样：加入样本体积，0.035mL； V_{样总}：加入 CB0044UV-ES 体积，1mL； T：反应时间，1min； W，样本质量(g)；

Cpr：上清液蛋白浓度，mg/mL； 500：细胞或细菌总数，500 万； 10⁹：单位换算系数，1 mol=10⁹nmol。

注意事项

1. 蛋白定量测定，建议使用 TargetMol 生产的 BCA Protein Quantification Kit (C0050)。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

