使用说明书

Instruction Manual



共价结合型果胶含量检测试剂盒(分光光度法)

CSP Assay Kit (Spectrophotometry)

产品描述

果胶是构成细胞初生壁和中胶层的主要成分,主要由原果胶、果胶酸甲酯和果胶酸组成。果胶中含有半乳糖醛酸、乳糖、阿拉伯糖、葡萄糖醛酸等,是许多高等植物细胞壁中含量最丰富的多糖成分,其独特的物理、化学性质影响着植物源食品的口感和品质。果胶间以 Ca2+桥及其他离子键、氢键、糖苷键、酯键和苯环偶联的方式交联,通过不同的抽提方法可以提取各种形式的果胶,如水溶性果胶(WSP)、离子结合型果胶(ISP)和共价结合果胶(CSP)。

检测原理

利用带有螯合剂的碱溶液提取共价结合型果胶(CSP),采用咔唑比色法测定果胶含量。果胶水解成半乳糖醛酸,在硫酸溶液中与咔唑试剂进行缩合反应,生成物质在 530 nm 处有最大吸收峰。

产品组成及储存条件

50T/24S 规格的产品组成如下:

组成	规格	储存条件
CB0060S-A	50mL×1 瓶	4℃保存
СВ0060S-В	50mL×1 瓶	4℃保存
CB0060S-C	标准液 1mL×1 支	4℃保存
CB0060S-D	5mL×1 瓶	4℃保存

注:正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

操作说明

一、自备用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿、水浴锅、可调式移液器、80%乙醇、丙酮、浓硫酸(不允许快递)、研钵和蒸馏水。

二、酶液提取:

- 1. 细胞壁的提取: 取约 0.3g 样本,加入 1mL 80%乙醇,室温快速匀浆,95℃水浴 20min,冷却至室温,4000g 25℃ 离心 10min,弃上清。沉淀加入 1.5mL 80%乙醇和丙酮各洗一遍(涡旋振荡 2min 左右,4000g 25℃离心 10min,弃上清即可),沉淀即为粗细胞壁,加入 1mL CB0060S-A(去除淀粉)浸泡 15 小时,4000g 25℃离心 10min,弃上清,将沉淀干燥,称重得细胞壁物质(CWM)。
- 2. WSP 的提取: 称取烘干的 CWM 3mg, 加入 1mL CB0060S-B, 充分匀浆(若烘干物质质地坚硬, 可先研碎后再加入 1mL CB0060S-B 匀浆, 或者用匀浆器匀浆)。8000g 4° C离心 10min, 取上清液待测。

三、测定步骤:

- 1. 分光光度计预热 30min 以上,调节波长至 530nm 处,蒸馏水调零。
- 2. CB0060S-C 和 CB0060S-D 37℃预热 10min 以上。
- 3. 操作表 (在 EP 管中依次加入):



试剂名称	空白管 (μL)	标准管 (µL)	对照管 (μL)	测定管 (µL)	
待测样本			100	100	
CB0060S-C		100			
蒸馏水	100		100		
CB0060S-D	100	100		100	
混匀。					
浓硫酸	800	800	800	800	
混匀 95°C水浴 5min 后,530nm 处读取吸光值,空白管、标准管、对照管和测定管吸光值分别记为 A1、A2、A3 和 A4。					

- 注: 1. 若 A 大于 2, 需将待测样本用蒸馏水稀释(可稀释 10 倍或 20 倍)。
 - 2. 空白管和标准管只要做一管,每个测定管需设一个对照管。

四、CSP 含量计算:

CSP 含量(mg/g 干重)

- = (C 标准×V1)×(A4-A3)÷(A2-A1)÷(W×V1÷V2) ×稀释倍数
- =0.05×(A4-A3)÷(A2-A1)÷W×稀释倍数
- 注: C 标准:标准管浓度, 0.05mg/mL; V1:加入样本体积, 0.1mL; V2:加入提取液体积, 1mL; W:样本干重, g。

注意事项

- 1. 最低检测限为 50μg/g 干重。
- 2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- 3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

