

使用说明书

Instruction Manual

半胱氨酸(Cys)含量检测试剂盒（可见分光光度法）

Cysteine Assay Kit (Visible Spectrophotometry)

产品描述

蛋白质含有三种含硫氨基酸：甲硫氨酸、胱氨酸和 Cys。其中，Cys 是唯一一种含有巯基的含硫氨基酸，从甲硫氨酸转化而来，并且可与胱氨酸互相转化。Cys 参与蛋白质二硫键的形成，经常是蛋白质活性中心的组成部分，还可以为其它生理生化反应提供巯基。此外，Cys 大量积聚在皮肤和粘膜表面，在角蛋白生成中维持重要的巯基酶的活性，并且补充巯基，以维持皮肤的正常代谢，调节表皮最下层的色素细胞生成的底层黑色素。具有美白、解毒、改善炎症和过敏性皮肤等作用。

检测原理

Cys 还原磷钨酸生成钨蓝，在 600nm 处有吸收峰；通过 600nm 吸光度，计算 Cys 含量。

产品组成及储存条件

50T/48S 规格的产品组成如下：

组成	规格	储存条件
CB0063V-A	25mL×1 瓶	4℃保存。
CB0063V-B	45mL×1 瓶	4℃保存。
CB0063V-C	粉剂×1 瓶	4℃保存；使用前 1 天，向试剂瓶中加 5mL 蒸馏水充分溶解，再加磷酸 1.25mL，混匀后盖紧（防止水分散失）沸水浴 2h；冷却后加 20mL 蒸馏水，4℃可保存 2 周。
CB0063V-S	标准品×1 支	4℃保存；使用前加入 4.13mL 蒸馏水得到 20μmol/mL 标准液，4℃避光可保存一个月。

操作说明

一、自备用品：

可见分光光度计、低温离心机、水浴锅、可调式移液器、1mL 玻璃比色皿、研钵、磷酸、冰和蒸馏水。

二、样品处理（半胱氨酸提取）：

- 液体样品中半胱氨酸提取：取 0.2mL 液体样品，加 CB0063V-A 0.3mL，充分混匀，11000 rpm 4℃离心 10min，取上清液待测。
- 组织中半胱氨酸提取：称取约 0.2g 组织，加入 0.5mL CB0063V-A 进行冰浴匀浆，11000 rpm 4℃离心 10 min，取上清液待测。

三、测定步骤：

- 分光光度计预热30min，调节波长到600nm，蒸馏水调零。
- 标准液的配制：用蒸馏水将标准液稀释为 2、1.5、1、0.5、0.25、0.125μmol/mL 浓度的标准溶液。
- 按下表进行实验操作：

试剂名称	空白管 (μL)	标准管 (μL)	测定管 (μL)
蒸馏水	200		
标准品(CB0063V-S)		200	
上清液			200
CB0063V-B	500	500	500
CB0063V-C	300	300	300

混匀后室温静置 15 min, 于 600nm 处测定吸光值。

四、半胱氨酸(Cys)含量计算公式：

1. 标准曲线的绘制：

以各标准溶液浓度为 x 轴，以 ΔA (A 标准管-A 空白管) 为 y 轴做标准曲线，得到方程 $y=kx+b$ 。将 (A 测定管-A 空白管) 带入方程求 x 值。

2. 半胱氨酸含量计算：

(1) 按液体样本的体积计算半胱氨酸含量 ($\mu\text{mol/mL}$) $=x \times V_{\text{样总}} \div V = 2.5x$

(2) 按样本质量计算 半胱氨酸含量 ($\mu\text{mol/g 质量}$) $=x \times V_{\text{样总}} \div W = 0.5x \div W$

注：V：液体样本体积，0.2mL；V 样总：提取体系体积，0.5mL；W：样本质量，g。

注意事项

1. 如果测定吸光值超过线性范围吸光值，可以增加样本量或者稀释样本后再进行测定。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

